

# Einstellhilfe / Empfehlung für das Atemzugvolumen nach Idealem Körpergewicht bei ARDS - OI < 300 mmHg

Körpergröße	männlich errechnetes ideales KG	5 / 6 ml/kgKG	weiblich errechnetes ideales KG	5 / 6 ml/kgKG
1,50 m	48 kg	240 / 290 ml	44 kg	220 / 260 ml
1,55 m	52 kg	260 / 310 ml	48 kg	240 / 290 ml
1,60 m	57 kg	285 / 340 ml	52 kg	260 / 310 ml
1,65 m	62 kg	310 / 370 ml	57 kg	285 / 340 ml
1,70 m	66 kg	330 / 395 ml	62 kg	310 / 370 ml
1,75 m	71 kg	355 / 425 ml	66 kg	330 / 395 ml
1,80 m	75 kg	375 / 450 ml	71 kg	355 / 425 ml
1,85 m	80 kg	400 / 480 ml	75 kg	375 / 450 ml
1,90 m	85 kg	425 / 510 ml	80 kg	400 / 480 ml
1,95 m	89 kg	445 / 535 ml	85 kg	425 / 510 ml
2,00 m	94 kg	470 / 565 ml	89 kg	445 / 535 ml

Daniel Wisser 2019

Angegebene Werte gerundet.

**Berechnung nach der Formel:**

**Gewicht Männer** (kg) =  $50 + 0,91 \cdot (\text{Größe (cm)} - 152,4)$

**Gewicht Frauen** (kg) =  $45,5 + 0,91 \cdot (\text{Größe (cm)} - 152,4)$